



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Porto União – SC

Of. SMS/COMPRAS N°. 155/2021

Porto União, 09 de Julho de 2021.

Sra.  
EMILENA PARABOCZ  
Pregoeira  
Porto União – SC

Ref. Impugnação do PE 056/2021

Vimos por meio deste, dar parecer quanto ao questionamento apresentado perante o Pregão Eletrônico 056/2021.

Com base nas informações apresentadas pela empresa, e com base na ABNT NBR 13843, deferimos o pedido, alterando a redação dos itens 61 e 62, conforme segue:

61	COMPRESSA DE GAZE 10 X 10: não estéril, confeccionada com fios 100% algodão, com densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> , na cor branca, com 8 camadas e 5 dobras, com dimensões de 10 x 10 cm quando fechadas e 20 x 40 cm quando abertas. Macias, com alta absorção, isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos e substâncias alergênicas. Tamanho uniforme, com bordas voltadas para a parte interna sem desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades com selagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e que permita a transferência asséptica. Cada unidade de compressa de gaze deve possuir no mínimo 1,8 gramas. Embalagem
----	--

Endereço: Avenida João Pessoa, nº 1454 – Centro  
Porto União - SC  
Telefone: (42) 3522 1496



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Porto União – SC

	<p>constando na parte externa os dados de identificação do fabricante e marca, de procedência nacional, nº do lote, validade e registro ANVISA. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 13.843. Apresentar registro da ANVISA junto a proposta. Apresentar amostra do produto.</p>
62	<p>COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5: não estéril, confeccionada com fios 100% algodão, com densidade de 13 fios/cm<sup>2</sup>, na cor branca, com 8 camadas e 5 dobras, com dimensões de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas. Macias, com alta absorção, isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos e substâncias alergênicas. Tamanho uniforme, com bordas voltadas para a parte interna sem desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades com selagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e que permita a transferência asséptica. Cada unidade de compressa de gaze deve possuir no mínimo 1 grama. Embalagem constando na parte externa os dados de identificação do fabricante e marca, de procedência nacional, nº do lote, validade e registro ANVISA. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 13.843. Apresentar registro da ANVISA junto a proposta. Apresentar amostra do produto.</p>

Sem mais para o momento,  
Atenciosamente.

  
**MARIVALDO DOS REIS SANTA ISABEL**  
Secretário Municipal da Saúde

Endereço: Avenida João Pessoa, nº 1454 – Centro  
Porto União - SC  
Telefone: (42) 3522 1496



SAÚDE SEC. &lt;comprassaudepmpu@gmail.com&gt;

---

**Questionamento 3 PE 056/2021**

---

Pregoeira Porto União <pregoeiraportouniao@gmail.com>  
Para: comprassaudepmpu@gmail.com

9 de julho de 2021 10:04

Bom dia Édino


Novamente o questionamento:

Novamente veio questionar o peso mencionado de 500gr. Segundo a NBR 13.843 é 900GR. Segue anexo para confirmar o que eu estou questionado. 500Gramas é para 7,5 x 7,5 e 900Gramas para 10x10 (1,8g por Unidade)

--

Att

*Emilena Parabocz  
Pregoeira  
Departamento de Licitações - Porto União/SC*



**Peso.JPG**  
58K