



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Porto União – SC

Of. SMS/COMPRAS Nº. 160/2021

Porto União, 15 de Julho de 2021.

Sra.
EMILENA PARABOCZ
Pregoeira
Porto União - SC

Ref. Questionamentos do PE 056/2021

Vimos por meio deste, dar parecer quanto aos questionamentos apresentados perante os itens 119 e 120 do Pregão Eletrônico 056/2021.

Informamos que, conforme descritivo dos itens, as conexões devem ser universais. Desse modo, no momento da compra será solicitado para qual meio será, se para oxigênio ou ar comprimido.

Sem mais para o momento,
Atenciosamente.


MARIVALDO DOS REIS SANTA ISABEL
Secretário Municipal da Saúde

Endereço: Avenida João Pessoa, nº 1454 – Centro
Porto União - SC
Telefone: (42) 3522 1496



SAÚDE SEC. <comprassaudepmpu@gmail.com>

Questionamento 3 PE 056/2021

1 mensagem

Pregoeira Porto União <pregoeiraportouniao@gmail.com>
Para: comprassaudepmpu@gmail.com

15 de julho de 2021 08:29

Bom dia Édino

Mais um questionamento do PE 056/2021:

Encaminhamos dúvida em alguns itens relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021 . Pedimos sua atenção quanto ao ponto abordado, cujo esclarecimento consideramos de fundamental importância para que possamos oferecer os materiais e serviços solicitados da maneira mais acurada possível.

Item : 119 KIT MÁSCATA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO conjunto para nebulização confeccionado em pvc atóxico, composto de máscara anatômica com superfícies lisas, cabeçote rosqueável com micronebulizador e encaixe perfeito ao corpo de medicamento feito em pvc atóxico. Extensão flexível para conexão à rede. As conexões entre

as peças e a rede devem ser universais e eficientes. O conjunto deve ser resistente aos métodos usuais de desinfecção. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação

Item: 120 KIT MÁSCATA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL - conjunto para nebulização confeccionado em pvc atóxico, composto de máscara anatômica com superfícies lisas, cabeçote rosqueável com micronebulizador e encaixe perfeito ao corpo de medicamento feito em pvc atóxico. Extensão flexível para conexão à rede. As conexões entre

as peças e a rede devem ser universais e eficientes. O conjunto deve ser resistente aos métodos usuais de desinfecção. Embalagem individual conforme a praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação

No descritivo não foi especificado se os kits são para Oxigênio ou Ar comprimido , qual é necessário saber para ofertar o produto correto."

--
Att

Emilena Parabocz
Pregoeira
Departamento de Licitações - Porto União/SC