



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Porto União – SC

Of. SMS/COMPRAS N°. 184/2021

Porto União, 01 de Setembro de 2021.

GRACIELE C. B. RODRIGUES

Depto de Licitações

Prefeito Municipal

Porto União – SC

Ref. Retificação do descritivo de itens do PE 099/2021

Vimos por meio deste, solicitar a retificação do descritivo dos itens 13, 14 e 15 do Pregão Eletrônico 099/2021, conforme segue:

13	ATADURA ORTOPÉDICA 10 CM: confeccionadas a partir de fibras 100% algodão cru, transformadas em rolos de mantas uniformes, medindo 10 cm de largura X 1 m de comprimento, possuem camada de goma aplicada em uma das faces. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.056. Enrolada uniformemente, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro ANVISA. Pacote com 12 unidades. Apresentar registro ANVISA junto a proposta. Apresentar amostra do produto.
----	---

  
Ruan Guilherme Wolf  
Secretário Municipal da Saúde  
Porto União - SC

Endereço: Avenida João Pessoa, nº 1454 – Centro  
Porto União - SC  
Telefone: (42) 3522 1496



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Porto União – SC

14	<p>ATADURA ORTOPÉDICA 15 CM: confeccionadas a partir de fibras 100% algodão cru, transformadas em rolos de mantas uniformes, medindo 15 cm de largura X 1 m de comprimento, possuem camada de goma aplicada em uma das faces. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.056. Enrolada uniformemente, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro ANVISA. Pacote com 12 unidades. Apresentar registro ANVISA junto a proposta. Apresentar amostra do produto.</p>
15	<p>ATADURA ORTOPÉDICA 20 CM: confeccionadas a partir de fibras 100% algodão cru, transformadas em rolos de mantas uniformes, medindo 20 cm de largura X 1 m de comprimento, possuem camada de goma aplicada em uma das faces. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.056. Enrolada uniformemente, embalada individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro ANVISA. Pacote com 12 unidades. Apresentar registro ANVISA junto a proposta. Apresentar amostra do produto.</p>

Sem mais para o momento,  
Atenciosamente.

**RUAN GUILHERME WOLF**  
Secretário Municipal da Saúde

Endereço: Avenida João Pessoa, nº 1454 – Centro  
Porto União - SC  
Telefone: (42) 3522 1496



**MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO**

**CNPJ 83.102.541/0001-58**

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro  
Porto União – Santa Catarina – 89400-000  
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

Ofício 188/2021 – Licitação

2021.

Porto União (SC), 02 de setembro de

À  
Maria Eduarda Marschalk  
Assessoria Jurídica

Prezada,

Venho através deste solicitar *Parecer Jurídico* referente à alteração do descritivo de itens do Pregão Eletrônico 099/2021 – Aquisição de Ataduras -, conforme Ofício nº 184/2021 da Secretaria Municipal de Saúde.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

  
**GRACIELE CARLA BORDIGNON RODRIGUES**  
Departamento de Licitações

Porto União (SC), 2 de setembro de 2021.

**Processo de Licitação n. 240/2021- PR**  
**Pregão Eletrônico n. 099/2021**

**Parecer Jurídico nº 497/2021**

Após análise dos ofícios 188/2021 - Licitação e 184/2021- Saúde, dos quais solicitaram a retificação do descritivo dos itens 13,14 e 15 do Pregão Eletrônico 099/2021, diante disto essa Assessoria opina pela possibilidade de alteração do edital para a realização da retificação dos itens conforme Ofício do Secretário Municipal da Saúde. Diante disto realize as alterações a fim de cumprir com o prazo legal entre a nova publicação do edital retificado e a realização da sessão do Pregão Eletrônico.

Atenciosamente,

**Maria Eduarda Marschalk**  
**Advogada do Município de Porto União**  
**OAB/SC 61.207-A**